Partículas de embolização BEARING nsPVA

Representação da preparação

1

Retirar o êmbolo de uma seringa de 30 mL padrão.

2

Remover a tampa de rosca do frasco e transferir as **partículas de embolização BEARING nsPVA** para o cilindro da seringa. Repor o êmbolo na seringa.

3



Aspirar **10 mL** de meio de contraste e **10 mL** de NaCl 0,9 %.

4

Para assegurar a hidratação e suspensão adequadas, agitar cuidadosamente a mistura de solução salina/meio de contraste de **partículas de embolização BEARING nsPVA** e aguardar **2-3 minutos** antes da injeção.

5

Aplicar a seringa de 30 mL a uma das portas de uma torneira 3 vias luer lock. Aplicar uma seringa de injeção de 1 mL ou 3 mL a outra porta da torneira.

NOTA: Se pretendido, é possível aplicar um cateter à porta restante da torneira.

6

NOTA: Purgar todo o ar do sistema antes da injeção.

Extrair a mistura de solução salina/meio de contraste de **partículas de embolização BEARING nsPVA** lenta e suavemente para a seringa de injeção para reduzir o potencial de introdução de ar no sistema.

7

Injetar a mistura de solução salina/meio de contraste de **partículas de embolização BEARING nsPVA** no cateter de administração sob visualização fluoroscópica utilizando uma injeção pulsátil lenta, enquanto observa o débito do meio de contraste.

NOTA: Caso não se registe qualquer efeito no débito, repetir o processo de administração com injeções adicionais da mistura de solução salina/meio de contraste de partículas de embolização BEARING nsPVA. Considerar utilizar partículas de embolização BEARING nsPVA maiores se as injeções iniciais não alterarem o débito do meio contraste. Proceder com prudência na determinação do parâmetro final da embolização.

NOTA: Após a conclusão do tratamento, retirar o cateter mantendo uma aspiração suave para não deslocar as partículas de embolização BEARING nsPVA ainda dentro do lúmen do cateter.

Merit Medical Systems, Inc.: www.merit.com
1600 West Merit Parkway • South Jordan, Utah 84095 • 1-801-253-1600 • 1-800-35-MERIT
Merit Medical EUROPA, ÁFRICA E MÉDIO ORIENTE (EMEA):
Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport • Países Baixos • Tel: +31 43 358 82 22
Merit Medical Ireland Ltd. • Parkmore Business Park West • Galway, Ireland • +353 (0) 91 703 733
Chamada grátis em alguns países: Áustria 0800 295 374 • Bélgica 0800 72 906 (neerlandês)
0800 73 172 (francês) • Dinamarca 80 88 00 24 • França 0800 91 60 30 • Finlândia 0800 770 586
Alemanha 0800 182 0871 • Irlanda (República) 1800 553 163 • Itália 800 897 005 • Luxemburgo 8002 25 22
Países Baixos 0800 022 81 84 • Noruega 800 11629 • Suécia 020 792 445 • RU 0800 973 115

©2014 Merit Medical Systems, Inc. Todos os direitos reservados.

402841006/A ID 010614